

RETIFICAÇÃO EDITAL
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2024
CONVÊNIO 950012/2023

A Fundação Cristã Angélica – Hospital do Câncer de Rio Verde-Goiás, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 25.040.544/0001-08, com sede na Rua Tiradentes nº 822- Bairro Santo Agostinho, Rio Verde/GO – CEP: 75904-660 torna público, para conhecimento dos interessados, que realizou a **Cotação Eletrônica Prévia de Preços nº 001/2024** e vem por meio deste Edital normatizar e divulgar a execução do **Convênio nº 950112/2023** celebrado com o Ministério da Saúde, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para estruturação da unidade de atenção especializada em saúde.

Esta cotação prévia de preços será regida e executada obedecendo às cláusulas e condições do Termo de Convênio firmado entre as partes, registrado na Transferegov.br, sob o n. 950112/2023, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, no art. 184, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023 (Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022), no Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 11.271, de 5 de dezembro de 2022, Decreto Federal nº 11.531, de 16 de maio de 2023, regulamentado pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU, nº 33, de agosto de 2023, e das demais leis e normativos vigentes que tratem da matéria, consoante o processo administrativo n. 25000.178591/2023-55.

Vem por meio deste Retificar os seguintes itens, ONDE-SE LÊ

5. TERMO DE REFERÊNCIA

5.1 Das Especificações Técnicas dos Equipamentos e Materiais Permanentes

Item 28		Quantidade 01 UN
Especificações Técnicas: Endoscópio Flexível/Fibroendoscópio, Equipamento voltado para trato urinário (Ureteroscópio) com ângulo de visão de no mínimo de 90 noventa graus, profundidade de aproximadamente 5 a 50 mm, capacidades de angulação de aproximadamente 180 graus para cima, 130 graus para baixo. Tubo de inserção com diâmetro externo máximo de 5,0 cinco mm, diâmetro distal de no máximo 5,0 cinco mm e comprimento de trabalho de aproximadamente 600 mm. Dotado de canal de trabalho com diâmetro de no mínimo 2,0 mm e comprimento total de no mínimo 850 mm. Devem acompanhar o equipamento: 01 um limpador de lente, 01 uma escova para limpeza, mala para transporte e acondicionamento do equipamento, cabos, conectores e adaptadores necessários ao funcionamento do equipamento, fonte de luz de no mínimo 175 W, com ajuste da intensidade luminosa, cabo de fibra ótica com conectores (se necessário) e 01 uma lâmpada reserva.ESPECIFICAR: SIM		

O Correto é:

Item 28	Nome do Item - Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia)	Quantidade 01 UN
Especificações Técnicas: Endoscópio Flexível/Fibroendoscópio, Equipamento voltado para trato nasal (Nasofibroscópio) com ângulo de visão de no mínimo de 90 noventa graus, profundidade de aproximadamente 5 a 50 mm, capacidades de angulação de aproximadamente 180 graus para cima, 130 graus para baixo. Tubo de inserção com diâmetro externo máximo de 5,0 cinco mm, diâmetro distal de no máximo 5,0 cinco mm e comprimento de trabalho de aproximadamente 600 mm. Dotado de canal de trabalho com diâmetro de no mínimo 2,0 mm e comprimento total de no mínimo 850 mm. Devem acompanhar o equipamento: 01 um limpador de lente, 01 uma escova para limpeza, mala para transporte e acondicionamento do equipamento, cabos, conectores e adaptadores necessários ao funcionamento do equipamento, fonte de luz de no mínimo 175 W, com ajuste da intensidade luminosa, cabo de fibra ótica com conectores e 01 uma lâmpada reserva.ESPECIFICAR: SIM		

Rio Verde, 30 de Janeiro de 2024

Celia Mendes Rodrigues

Diretora Presidente

Fundação Cristã Angélica

Hospital do Câncer de Rio Verde-GO