

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Cotação Prévia de Preços nº 004/2025

Convênio nº 950112

Conveniente: Fundação Cristã Angélica

Plataforma TransfereGOV / +Brasil

No Dia 29 de Agosto de 2025, a Comissão de Julgamento da Fundação Cristã Angélica Fundação Cristã Angélica – Hospital do Câncer de Rio Verde-Goiás, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 25.040.544/0001-08, com sede na Rua Tiradentes nº 822- Bairro Santo Agostinho, Rio Verde/GO – CEP: 75904-660 reuniu-se para análise e julgamento das propostas recebidas em resposta ao Edital de Cotação Prévia de Preços nº 004/2025, cujo objeto é a aquisição Equipamentos e Materiais Permanentes para unidade e atenção especializada em saúde de computadores tipo conforme Plano de Trabalho vinculado ao Convênio nº 950112/2025, no âmbito da Plataforma +Brasil (TransfereGOV).

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA COTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUA NT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	Cadeira	20	R\$ 216,00	R\$ 4.320,00
2	Fogão Industrial	01	R\$2.750,00	R\$2.750,00
3	Freezer	01	R\$3.499,00	R\$3.499,00
4	Bisturi Elétrico	01	R\$32.640,00	R\$32.640,00

Foram recebidas 04 (quatro) propostas para os itens do edital de cotação, que foram analisadas conforme os critérios técnicos e documentais exigidos no Termo de Referência e edital. A seguir, detalha-se o resultado da análise:

Resumo dos Valores Ofertados – Edital nº 004/2025 – Convênio nº 950112

Item: Cadeira

Fornecedor	Valor Unitário Ofertado
Mais Ética Comercial	R\$ 208,00

Item: Fogão Industrial

Fornecedor	Valor Unitário Ofertado
Solve Distribuidora	R\$ 2.288,00
Mais Ética Comercial	R\$ 2.750,00

Item: Freezer

Fornecedor	Valor Unitário Ofertado
Mais Ética Comercial	R\$ 3.495,00

Item: Bisturi Elétrico

Fornecedor	Valor Unitário Ofertado
Medplus	R\$ 75.000,00
Baffab	R\$32.000,00

Análise Técnica

Item 1 – Cadeira

Após análise da proposta apresentada pela empresa Mais ética Comercial, referente ao Edital nº 004/2025 do Convênio nº 950112, para o item Cadeira para escritório, concluímos que atende integralmente às especificações técnicas exigidas no edital, tanto no que se refere ao descritivo técnico quanto ao valor ofertado, estando também em conformidade com o plano de trabalho aprovado. E também sendo a única proposta recebida.

Item 2 Fogão Industrial

Para este item foram apresentadas duas propostas: Solve Distribuidora e Mais Ética Comercial.

A proposta da Solve Distribuidora foi idêntica ao texto do edital, não permitindo análise técnica adequada. Foi solicitado o catálogo do produto, porém as informações encaminhadas não forneceram embasamento suficiente para comprovar o atendimento às especificações.

Já à empresa Mais Ética Comercial foram solicitados catálogo e esclarecimentos adicionais, os quais foram devidamente apresentados. Após análise, concluiu-se que o produto ofertado atende integralmente às especificações técnicas exigidas no edital, bem como ao valor previsto no Plano de Trabalho aprovado.

Item 3 – Freezer

Para este item foi apresentada proposta somente pelo fornecedor Mais Ética Comercial. Foram solicitados catálogo e esclarecimentos adicionais, devidamente apresentados pela empresa. Após análise, concluiu-se que o produto ofertado atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no edital, assim como ao valor previsto no Plano de Trabalho aprovado.

Item 4 – Bisturi Elétrico

Após análise das propostas apresentadas pelas empresas: Medplus Hospitalar Comércio e Serviço Ltda e BARRFAB Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares LTDA, referente ao Edital nº 004/2025 do Convênio nº 950112, segue análise Técnica:

O fornecedor Medplus Hospitalar Comércio e Serviço Ltda apresentou proposta no valor de R\$ 75.000,00, superior ao limite previsto no Plano de Trabalho, não sendo considerada para classificação.

O fornecedor BARRFAB Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares LTDA apresentou proposta no valor de R\$ 32.000,00. Após análise da documentação e do manual do equipamento, constatou-se o atendimento integral das especificações mínimas do edital, incluindo: potência mínima de 400W, certificações (ABNT NBR IEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, Inmetro, CE e FDA), recursos de segurança, painel à prova de líquidos, funções monopolar e bipolar, controle de potência por caneta e pedais, operações exigidas (corte puro, blend, coagulação e bipolar), compatibilidade com sistema de gás argônio e todos os acessórios obrigatórios.

O equipamento ainda apresenta diferenciais técnicos como display LCD Touch Screen 7", funções de memória programáveis, diversidade ampliada de modos e sistema de controle de impedância, conferindo maior eficiência e segurança.

Conclusão: O equipamento ofertado pela empresa BARRFAB atende plenamente às exigências do edital, sendo tecnicamente adequado e recomendado para homologação.

Nada mais havendo a tratar, lavra-se a presente Ata de Julgamento, que vai assinada pelos membros da Comissão.

ESTA COMISSÃO DECLARA FINALIZADO O PROCESSO COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS nº 004/2025 e assinam esta ATA como confirmação e legalidade do processo.

Rio Verde – Go, 01 de Setembro de 2025

Comissão de Julgamento:

Iara Alonso

Superintendente Hospitalar e Presidente da Comissão



Documento assinado digitalmente
LEANDRA SILVA RODRIGUES ALMEIDA
Data: 01/09/2025 16:24:21-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Leandra Silva Rodrigues Almeida

Gerente Operacional e responsável pela análise documental